جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI) herewith confirms that:

مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بدینوسیله تأیید می‌نماید که :

Abzar Control Arshia Laboratory

آزمایشگاه ابزار کنترل ارشیا

Address: Unit 152,Building No.1,Tehran University Science and Technology Park, Farshi Moghadam St., Kargar Shomali Ave., Tehran, I.R.IRAN
Tel: +98(21)88220648
Fax : +98(21)88220675
Web Site : WWW.ABZAR-CONTROL.COM

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان ۱، واحد۲۴۰
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۲۰۶۴۸
دورنگار : ۰۲۱۸۸۲۲۰۶۷۵
سایت اینترنتی: WWW.ABZAR-CONTROL.COM

Has fulfilled the **ISIRI-ISO/IEC 17025**.
And is competent to carry out ☐ Test ■ Calibration services according to accreditation scope are listed in 1 page/s of annex.

الزامات استاندارد **ایران- ایزو/آی ای سی ۱۷۰۲۵** رارعایت نموده است. و صلاحیت انجام خدمات آزمون ☐ کالیبراسیون ■ مطابق دامنه کاربردی که جزئیات آن در ۱ برگ پیوست آمده است را داراست.

NACI Registration No.: NACI/Lab/1127
Initial Accreditation Date and Place:2018.06.17 -Tehran
Renewal Date: -
Expiry Date:2021.06.16

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/۱۱۲۷
تاریخ ومحل صدور اولیه گواهینامه : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷- تهران
تاریخ صدور مجدد گواهینامه: -
تاریخ خاتمه اعتبارگواهینامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

Validity of Accreditation Certificate depends on continuity of compliance with the relevant requirements and obtaining the approval based on the annual surveillance assessment.

حفظ اعتبار در طول دوره منوط به استمرار انطباق با ضوابط مربوطه و اخذ تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالانه است.

N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تأیید صلاحیت ایران

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate

پیوست
دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه ابزارکنترل ارشیا

ردیف	کمیت، دستگاه اندازه‌گیری، سنجه مادی		گستره	توان اندازه‌گیری آزمایشگاه (±)
۱.	فلومتر مایع	1/2 اینچ	50 to 1500 lit/h	0.53% FS
		2 اینچ	1.5 to 50 m^3/h	0.62% FS
۲.	فلومتر گاز	1/2 اینچ	1 to 300 Nlit /h	0.37% FS
		1/2 -4 اینچ	0.3 to 900 Nm^3/h	0.69% FS

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تأیید صلاحیت ایران

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope Abzar Control Arshia Laboratory

No.	Quantity, Measuring Instrument, Material Measure		Range	Measurement Capability lab(±)
1	Liquid Flowmeter	1/2 inch	50 to 1500 lit/h	0.53% FS
		2 inch	1.5 to 50 m^3/h	0.62% FS
2	Gas Flowmeter	1/2 inch	1 to 300 Nlit /h	0.37% FS
		1/2 -4 inch	0.3 to 900 Nm^3/h	0.69% FS

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT
Khakifirooz

N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL